

Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.  
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko  
tel.: 74 845 82 40 w. 30  
fax.: 74 845 82 40 w. 37  
e-mail: marek.fajek@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sokołowsko 05.09.2017r.

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do SIWZ w sprawie ZP/60/2017 oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych z listy pakietów, opisanych szczegółowo w załączniku asortymentowo-cenowym, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.**

Działając w imieniu Sanatoriów Dolnośląskich Sp. z o.o., ul. Parkowa 3 58 - 351 Sokołowsko, zgodnie z art. 38, ust 1 i ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” Zamawiający odpowiada na pytania do treści SIWZ.

**Pytanie 1**

w SIWZ jest data składania 06.08.2017 a powinno być 06.09.2017

- proszę o informację pakiet II - ilość materacy w opisie 35 szt w załączniku cenowym 15 szt - jaka jest prawidłowa ilość?, czy będziecie skłonni wydzielić wózek z pakietu nr III? **Odpowiedź 1**  
Zamawiający wyjaśnia, że zaszła pomyłka. Prawidłowa data: 06.09.2017, a po zmianach – 15.09.2017. Zamawiający wymaga 35 szt. materacy rurowych. Zamawiający nie wydziela wózków.

**Pytanie 2**

W SIWZ ZP/60/2017 jest błędna data składania ofert, mianowicie 06.08.2017  
Dodatkowo w załączniku nr 2 (pakiet 2) podano różne ilości dla materacy przeciwodrożynowych 35 szt i 15 sztuk.  
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie żądanej ilości.

**Odpowiedź 2**

Zamawiający wyjaśnił wątpliwości w pyt.1

**Pytanie 3**

Pakiet 2

Materace przeciwodrożynowe rurowe:

Czy Zamawiający dopuści materace przeciwodrożynowe rurowe o poniższej specyfikacji:

Materac rurowy rozmiar: 200 x 87 x 11 cm

Wykonany z wytrzymałego PCV

Pompa o zakresie ciśnienia: 50-110 mmHg

Wydajność: 5-8 l/min

Czas cyklu: 12 min

pokrowiec

lub też czy Zamawiający dopuści materace o poniższej specyfikacji:

Czy Zamawiający dopuści materace przeciwodrożynowe rurowe o poniższej specyfikacji:

Materac rurowy rozmiar: 200 x 90 x 11,5 cm

Wykonany z nylonu

Pompa ciśnienie 4-15 kPa

Wydajność: 6-8 l/min

Czas cyklu: 12 min

Pokrowiec

**Pakiet 3**

Trenażer eliptyczny z poręczami

1. Czy Zamawiający dopuści trener eliptyczny z poręczami bez regulacji kąta nachylenia ?

Wirówka do kończyn dolnych

2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę do kończyn dolnych o wymiarach: (dł. x szer. x wys.) 116,5 x 68 x 95,2 cm ?
3. Czy Zamawiający dopuści wirówkę, która posiada możliwość masażu wg stref: 1 – kończyny dolne, 2 – kończyny dolne + kręgosłup ?

Zadanie 11 Wieszak na maty do ćwiczeń

Czy Zamawiający dopuści wieszak na maty do ćwiczeń :

Materiał: stal

Ilość mat do zawieszenia : max 10 szt

Kompatybilność z matami do ćwiczeń

Zadanie 12 Maty do ćwiczeń

Czy Zamawiający dopuści maty do ćwiczeń:

-Produkowane z PE bez zawartości PVC

- otwory do zawieszenia maty na wieszaku

- Posiadają wysoką elastyczność i zdolność amortyzowania upadków

- Utrzymują temperaturę ćwiczącego. Zwarta, antypoślizgowa struktura powierzchni - nie wchłania wilgoci i potu.

Łatwe w konserwacji

Wymiary: 190x60 cm

- kompatybilność z wieszakiem na maty

Zaproponowane przez Zamawiającego maty jak i w związku z tym wieszaki nie są w najbliższym czasie dostępne.

Poz. 13 Podnośnik podwieszany Luna

Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie i informację odnośnie wysokości jak i długości pomieszczenia w którym ma być zamontowany podnośnik?

Proszę Zamawiającego o informację czy podnośnik ma być zamontowany do sufitu czy do ściany?

Sprecyzowanie powyższych zapytań jest niezbędne do właściwego wyliczenia ceny.

Poz. 14

Wózek inwalidzki

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o szerokości siedziska 43 cm lub 48 cm?

Reszta parametrów wg SIWZ

Wymagany parametr szerokości siedziska przez Zamawiającego 46 cm jest dostępny do 2 miesięcy.

Poz 16 Chodzik 4 – kołowy

Czy Zamawiający dopuści chodzik o poniższych parametrach:

Składana podpórka czterokołowa , stalowa

koszyk na zakupy,

tacka do przewożenia,

uchwyt na kule

siedzisko,

regulowane ręczki na wysokość wyposażone w hamulce standardowe i postojowe.

szerokość: 590 mm

wysokość: 800 - 990 mm

długość: 700 mm

wysokość siedziska: 610 mm

szerokość siedziska: 430 mm

waga: 10 kg max.

obciążenie: 130 kg

Koła szare

Kolor chodzika szary

Lub też czy Zamawiający dopuści chodzik 4-kołowy o poniższych parametrach:

**Cechy produktu**

- składana rama stalowa (łatwość transportu),
- siedzisko wykonane z tworzywa,



- hamulce z możliwością blokady,
- cztery pełne, bezobsługowe koła o średnicy 20 cm,
- regulowana wysokość,
- ergonomiczne uchwyty,
- przedni kosz zakupowy,
- tacka montowana na siedzisku

Szerokość: 59 cm

Wysokość: 83 - 97 cm

Szerokość siedziska: 38,5 cm

Waga: 10,7 kg

Maksymalne obciążenie: 110 kg ?

Poz.17 Pasy stabilizujące

Czy Zamawiający dopuści pasy stabilizujące miednicę w rozmiarze od M-L?

Proszę o sprecyzowanie czy jeżeli chodzi o stabilizację tułowia Zamawiający dopuści tzw. kaftan na rzep?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że:

**Ad. Pakiet 2 –** Zamawiający nie dopuszcza powyższych rozwiązań. W pierwszym przypadku nie dopuszcza się PVC, za duży jest też czas cyklu (wymagane max 10 min). W drugim przypadku za duży jest czas cyklu.

**Ad. Trenażer –** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale nie wymaga. Ważne aby miał boczne poręcze zabezpieczające przed ewentualnym upadkiem!

**Ad. Wirówka –** zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie ale nie wymaga.

**Ad.poz. 11 -** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale nie wymaga

**Ad poz. 12 -** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale nie wymaga, o ile grubość mat będzie nie mniejsza niż 0,8 cm.

**Ad. Poz. 13- podnośnik** montowany do sufitu. Wymiary pomieszczenia: długość ok. 7,5m, wysokość 3,6m

**Ad. Poz. 14 –** Zamawiający dopuści ale nie wymaga wózek o szerokości siedziska 48cm.

**Ad. Poz. 16 -** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale nie wymaga jedynie w pierwszej konfiguracji. W drugiej konfiguracji jest zbyt niskie obciążenie maks.

**Ad. Poz. 17 -** zamawiający dopuszcza ale nie wymaga proponowanych rozwiązań.

**Pytanie 4**

Pakiet 2

Materace przeciwoleżynowe rurowe:

Czy Zamawiający dopuści materace przeciwoleżynowe rurowe o poniższej specyfikacji:

Wymiary 200x90x14cm,

komory wykonane z Nylon/ TPU - gwarantuje olbrzymią trwałość,

zmienny cykl pracy - 10 min,

pokrowiec: Nylon z PU oddychający zapinany na zatrzaski, wodoszczelny i paroprzepuszczalny.

zakres pracy - 22-85 mmHg ?

**Odpowiedź 4**

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższe rozwiązanie ale nie wymaga.

**Pytanie 5**

1) czy Zamawiający dopuści innego typu podnośniki które nie będą gorsze od proponowanego typu LUNA

2) proszę określić długość szyny jezdnej

3) czy szyna ma łączyć różne pomieszczenia? np. pokój z łazienką?

4) czy podnośnik z podpora głowy czy bez?

5) miejsce montażu podnośnika - miejscowość

6) typ pacjenta dla którego ma być przeznaczony podnośnik - ważne pod względem doboru kamizelki: wzrost, waga.

**1. Podnośnik sufitowy Altair**

**Altair** jest podnośnikiem sufitowym pozwalającym na transport pacjenta po prowadnicach torowiska w obrębie **jednego pomieszczenia** lub kilku, ponieważ posiada możliwość przenoszenia urządzenia na różne szyny.

- Podnośnik jest dostępny w trzech wersjach z udźwigiem: do 150 kg, 220 kg oraz 300 kg.

- Podnośnik może być używany w różnych konfiguracjach orczyka: z dwu-, trzy- lub cztero-punktowym podwieszeniem.
- W zależności od zastosowanych szelek można pacjenta przemieszczać w pozycji siedzącej, stojącej lub leżącej.
- Dodatkowo urządzenie może być przydatne podczas nauki chodzenia oraz przy rehabilitacji ruchowej.

## 2. Podnośnik sufitowy HeliQ

*- przystosowany do poruszania się po jednym szeregu szyn*

HeliQ jest to stacjonarny podnośnik sufitowy charakteryzujący się nowoczesnym, a zarazem dyskretnym wyglądem. Dzięki swym niewielkim wymiarom z łatwością zmieści się w każdym pomieszczeniu. Może być wykorzystywany w dowolnym miejscu przeznaczenia: dla osoby prywatnej, czy też w miejscach użyteczności publicznej.

- Podnośnik sufitowy jest dostępny w trzech różnych wersjach o różnych udźwigach: 150 kg, 220 kg i 300 kg.
- Do wyboru jest również uchwyt 2-punktowy lub 4-punktowy, który pozwala na optymalny komfort pacjenta.
- Oferowany tor jazdy jest dostępny w różnych długościach pozwalający spełniać praktyczne wymagania.
- Ten podnośnik sufitowy zapewnia maksymalny komfort i wydajność podnoszenia, dzięki towarzyszącej stałej prędkości unoszenia niezależnej od masy ciała pacjenta.

## 3. Podnośnik sufitowy Roomer S

*- z funkcją płynnego przechodzenia pomiędzy szynami w różnych pomieszczeniach*

Podnośnik sufitowy Roomer S jest przenośnym urządzeniem oferującym możliwość transportu pacjenta z jednego pokoju do drugiego przy jednym ruchu bez konieczności przebudowy futryn drzwiowych.

- Posiada on również teleskopowy wieszak z możliwością dostosowania szerokości tak aby każdy pacjent mógł przyjąć wygodną pozycję.
- Podnośnik ma udźwig 220 kg i może być używany z wieszakiem 2-, 3- lub 4-punktowym

### Odpowiedź 5

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia brał pod uwagę różne produkty, Zamawiający dopuścił Podnośniki Altair i HeliQ (ale nie wymaga). Zamawiający zaznacza, że podnośniki będą wykorzystywane głównie do nauki chodzenia. Podnośniki muszą posiadać w zestawie podwieszki/kamizelki dla dzieci wieku 5-14 lat. A także dla wieku 15-18 lat (czyli jak dla dorosłych). Podnośnik ma być montowany w obiekcie Orlik w Kudowie Zdr. w pomieszczeniu opisanym w odpowiedziach powyżej. Montaż obejmowałby jedno pomieszczenie, podnośnik bez podporu głowy i o udźwigu do 150 kg Pacjentami będą dzieci. Długość szyny ostateczna do uzgodnienia z Zamawiającym (jednak nie dłuższa niż możliwa do zamontowania biorąc pod uwagę wskazane wymiary pomieszczenia).

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 15.09.2017r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian. Godzina otwarcia ofert: 13:00

PREZES ZARZĄDU

Barbara Grzegorzczak