



- Legenda:**
Optyczno-magistralny system przywoławczy Mediopt Care
- Centrala**
Centrala nr artykułu: 735000
montaż h=1,5 - 1,7m n/i lub p/t do puszek KAISER 9013
[dodatkowo 9013 (puszka), 5101(ramka)]
- TP4**
Terminal Pacjenta TP4 -
nr artykułu: 735030, montaż 1,5 - 1,7m
(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)
- ppk**
Przycisk przywoławczo-odwoławczy,
nr art. 735070 + płytki art.735824, + ramka art.204104
montaż 1,2 - 1,3m
- psz**
Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V",
nr art. 735461, montaż 2,2m
- psz**
Przycisk przywoławczy sznurkowy,
nr art. 735100 + płytki art. 735100 + ramka art.
204104, montaż 2,2m
- Zasilacz DC/AC 240W**
Zasilacz stabilizowany 24V DC, 480W,
10A, montaż na szynie DIN
Wymiar: 8 jednostek szerokości
- Wys. LED-1**
Wyświetlacz LED jednostronny,
nr art. LI006028, montaż sufitowy
- coo**
Centrala oddziałowa,
nr artykułu 735200, montaż na szynie DIN
Wymiar: 6 jednostek szerokości
- Zasilanie** przewód typu: OMY 2x1,5mm2
Magistrala korytarzowa przewód typu: YTKSY 2x2x0,8mm
Magistrala salowa przewód typu: YTKSY 3x2x0,5mm

Uwaga:
- wzdłuż magistrali korytarzowej ułożyć przewód zasilający OMY 2x1,5mm2
od zasilacza 230/24V zabudowanego w tablicy TG

Zespół Usług Technicznych "PROBUD" ul. Warszawska 53, 58-307 Wałbrzych										Data: 09/2014
										Stadium: PW.
										Skala: 1:100
										Nr rys.: E-15
Opracował:	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03								
Asystent:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński									
Temat:	Instalacje niskoprądowe dla obiektu "Waligóra" przy ul. Głównej 38 w Sokołowsku									
Inwestor:	Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko									
Tytuł rys.:	RZUT PODDASZA – PLAN INSTALACJI PRZYWOŁAWCZEJ									