

Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
tel.: 74 845 82 40 w. 30
fax.: 74 845 82 40 w. 37
e-mail: marek.fajek@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sokołowsko 09.07.2015r.

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do SIWZ w sprawie ZP /46/2015, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego ssaka medycznego do pracy ciągłej, opisanego szczegółowo w załączniku asortymentowo-cenowym, transportem Wykonawcy lub na jego koszt, wraz z zamontowaniem i przeszkoleniem pracowników w ich obsłudze.

Działając w imieniu Sanatoriów Dolnośląskich Sp. z o.o., ul. Parkowa 3 58 - 351 Sokołowsko, zgodnie z art. 38, ust 1 i ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) Zamawiający odpowiada na pytania do treści SIWZ.

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z zakresem podciśnienia max. do 90 kPa? Parametr oferowany przez naszą firmę jest znacznie lepszy niż parametr wymagany przez Zamawiającego
2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny o wydajności maksymalnej 38 L/min? Jest to na tyle mała różnica w sile ssania pracy między parametrem oferowanym a parametrem wymaganym przez Zamawiającego że w codziennych warunkach pracy jest ona nieodczuwalna.
3. Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy Ssak elektryczny o cichej pracy do max. 40 dB? Bardzo cicha praca poniżej 40 dB bez wątpienia będzie miała pozytywny wpływ na komfort pracy personelu podczas pracy ssaka.

Odpowiedź 2

Zamawiający wyjaśnia, że:

Ad.1 dopuszcza, ale nie wymaga wskazanego rozwiązania.

Ad.2 dopuszcza, ale nie wymaga wskazanego rozwiązania

Ad. 2 Zamawiający pozostawia parametr w SIWZ bez zmian (Głośność (dB): max. 45)

Zamawiający w związku z dokonanymi zmianami przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 16.07.2015r. godzina składania: 13:30, godzina otwarcia: 14:00, miejsce pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄD

Radosław Ekgrodr