

Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko

tel.: 74 845 82 40 w. 30

fax.: 74 845 82 40 w. 37

e-mail: marek.fajek@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sokołowsko 03.08.2016r.

Dotyczy: Doprecyzowanie odpowiedzi na pytania do SIWZ w sprawie ZP/81/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego opisanego w pakiecie nr 7 w SIWZ do sal obiektu Waligóra w Sokołowsku, transportem Wykonawcy lub na jego koszt, wraz z zamontowaniem i przeszkoleniem pracowników w ich obsłudze

Zamówienie w ramach projektu pn.: Dostosowanie obiektu Waligóra w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi Dofinansowano z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych dofinansowanego z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Działając w imieniu Sanatoriów Dolnośląskich Sp. z o.o., ul. Parkowa 3 58 - 351 Sokołowsko, zgodnie z art. 38, ust 1 i ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity [Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473](#) oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146 ze zmianami) Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie do treści SIWZ z dnia 01.08.2016.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 7 pozycja nr 6 - pulsoksymetr

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 7 pozycje nr 6 – Pulsoksymetr i dopuści wysokiej klasy

pulsoksymetr amerykańskiego producenta z opatentowaną technologią ekstrakcji sygnału

gwarantującą pomiar „ w ruchu i przy niskiej perfuzji” o następujących parametrach:

- zasilanie bateryjne, 4 baterie AA, zapewniające pomiar do 48 godzin pracy ciągłej,
- bez zegara, nie umniejsza to wartości diagnostycznej urządzenia,
- połączenie z drukarką i transmisja danych przez dedykowany kabel połączeniowy (brak gniazda wyjściowego RS-232) ,



Dofinansowano z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009-2014

- waga - do 320g z bateriami.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. W zestawie ochronna gumowa obudowa umożliwiająca zawieszenie pulsoksymetru np. na ramie łóżka lub wygodne ułożenie pulsoksymetru na stoliku.

Poniżej proponowane urządzenie.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza ale nie wymaga powyższego rozwiązania w zakresie zaofertowanego sprzętu, ale nie dopuszcza rozbicia na osobne pakiety, gdyż byłoby to nieopłacalne dla innych oferentów i dla Zamawiającego (stąd zamawiający nie zmienił formularza asortymentowo-cenowego).

PREZES ZARZĄDU

Barbara Grzegorzyc

Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o.
ul. 351 Sokółowsko, ul. Parkowa 3
tel. 74 845 82 40, fax 74 845 83 91
NIP 886-10-10-961 Regon: 890314440
KRS: 0000128228 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
(1)