

Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
tel.: 74 845 82 40 w. 30
fax.: 74 845 82 40 w. 37
e-mail: marek.fajek@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sokołowsko 03.08.2016r.

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do SIWZ w sprawie ZP/81/2016 oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego opisanego w pakiecie nr 7 w SIWZ do sal obiektu Waligóra w Sokołowsku, transportem Wykonawcy lub na jego koszt, wraz z zamontowaniem i przeszkoleniem pracowników w ich obsłudze

Zamówienie w ramach projektu pn.: Dostosowanie obiektu Waligóra w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi Dofinansowano z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych dofinansowanego z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Działając w imieniu Sanatoriów Dolnośląskich Sp. z o.o., ul. Parkowa 3 58 - 351 Sokołowsko, zgodnie z art. 38, ust 1 i ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146 ze zmianami) Zamawiający odpowiada na pytania do treści SIWZ.

Pytanie 1

Poz. 6. Pulsoksymetr - 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pulsoksymetr o następujących parametrach?

- Prosty i łatwy w obsłudze
- konfigurowalny zakres alarmowy
- Możliwość wyłączenia alarmu lub wyciszenie na min. 2 minuty
- Duży wyświetlacz z funkcją podświetlania
- wskaźnik perfuzji
- Odczyt SpO2 i HR podczas ruchu pacjenta i niskiej perfuzji
- Szeroka gama czujników wielorazowych i jednorazowych
- Zasilanie bateryjne
- do min. 20h pracy ciągłej
- waga do 130g,
- na wyposażeniu czujnik pulsoksymetru na palec.

Poz. 3. Aparat do pomiaru ciśnienia - 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do pomiaru ciśnienia wyskalowany co 2 mm Hg, co jest stosowane przez wszystkich czołowych producentów (np. Riester, Heine) a mniejsza podziałka nie ma żadnej wartości diagnostycznej?

Poz. 5. Stetoskop - 3 szt.

Czy Zamawiający usunie z opisu parametrów wyrażenie “mankiet podczas pomiaru” jako omyłkowe i nie mające zastosowania do stetoskopu?

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza ale nie wymaga powyższego rozwiązania.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert na dzień 18.08.2016r. godzina i miejsce pozostają bez zmian.

Dofinansowano z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009-2014



PROKURENT

Ireneusz Grzybowski