

Sokołowsko, dnia 10 września 2019 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot.: „Przegląd techniczny i konserwacja sprzętu medycznego w obiektach „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o.” Nr ZP/69/2019

PYTANIE NR 01

PYTANIE DO ZADANIA 01 I ZADANIA 02 dot.: „przeгляdu technicznego i konserwacji sprzętu medycznego w obiekcie Sanatorium Uzdrawiskowe „AZALIA” w Szczawnie Zdroju I zlokalizowanych w Sokołowsku”.

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie do osobnego zadania legalizacji wag znajdujących się w formularzach ofertowo – cenowych – Załącznik nr 5 z uwagi na to, że legalizację może przeprowadzić jedynie firma ściśle specjalizująca się w legalizacji i wzorcowaniu wag w tym Okręgowy Urząd Miar.

Prosimy o wyłączenie:

- 1) z zadania 01 pozycji 48 (legalizacja wagi lekarskiej 41993 WL150),
- 2) z zadania 02 pozycji 1 MAGAZYN (legalizacja wagi elektronicznej WE1509317 Mensor).

Proszę także mieć na względzie ważność takiej legalizacji. Kiedy ostatnio u Zmawiającego były przeprowadzane legalizacje w/w wag lekarskich? Ponieważ wg zapisu wrocławskiego Okręgowego Urzędu Miar : „okres ważności legalizacji ponownej wag nieautomatycznych i automatycznych wynosi 25 miesięcy licząc od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana [...]”

Dowodem legalizacji ponownej wag nieautomatycznych i automatycznych jest cecha legalizacji albo cecha legalizacji i świadectwo legalizacji ponownej.

Cecha legalizacji wag zalegalizowanych do 31.12.2017 r. składa się z: cechy identyfikującej urząd podległy organowi administracji miar, który dokonał legalizacji, cechy rocznej określającej rok legalizacji oraz cechy miesięcznej określającej miesiąc legalizacji (np. dowód legalizacji w postaci cechy legalizacji 3PL1, 17, XII jest ważny do 31.12.2019 r.).

Cecha legalizacji wag zalegalizowanych od 01.01.2018 r. składa się z: cechy identyfikującej urząd podległy organowi administracji miar, który dokonał legalizacji, cechy rocznej określającej rok ważności legalizacji oraz cechy miesięcznej określającej miesiąc ważności legalizacji (np. dowód legalizacji w postaci cechy legalizacji 3PL*, 20, i jest ważny do 31.01.2020 r.)”.

ODPOWIEDŹ NR 01

Zamawiający informuje, że wyłącza z postępowania z zadania:

- nr 01 pozycję nr 48 (legalizacja wagi lekarskiej 41993 WL150),
nr 02 pozycję nr 1 MAGAZYN (legalizacja wagi elektronicznej WE1509317 Mensor).

Ze względu na powyższe zmiany, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowane załączniki nr 4 i 5 do Zadania nr 01 i 02.

PYTANIE NR 02

PYTANIE DO ZADANIA 02 dot.: „przegląd techniczny i konserwacja sprzętu medycznego zlokalizowanych w Sokołowsku”
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie ciśnieniomierza aneroidowego BP AG1-20 SN:00374 Microlife 2019 (pozycja 32 MAGAZYN - zał. 5) – czy urządzenie z racji daty zakupu 2019 r. nie posiada aktualnej gwarancji?

ODPOWIEDŹ NR 02

Zamawiający informuje, że w pozycji 32 MAGAZYN znajduje się błąd pisarski. Prawidłowa nazwa sprzętu podlegającego przeglądowi to: ciśnieniomierz zegarowy (pozycja 32 MAGAZYN - zał. 4 i 5).

Wobec powyższego, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany załącznik nr 4 i 5 do Zadania nr 02.

Prezes Zarządu


Tomasz Maciejowski



**Sanatorium Uzdrawiskowe
"Azalia"**

ul. Ofiar Katynia 3-5
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. +48 74 664 26 30
fax. +48 74 664 26 30
tel. kom. +48 784 504 137

**Sanatorium Uzdrawiskowe
"Zimowit"**

ul. Chopina 3
57-340 Duszniki-Zdrój
tel. +48 74 866 94 64
fax. +48 74 866 92 19
tel. kom. +48 606 888 483

**Szpital Rehabilitacyjny
Hematologiczny dla Dzieci
"Orlik"**

ul. Bukowina 1
57-350 Kudowa-Zdrój
tel. +48 74 866 32 62
fax. +448 74 866 19 24 w.37

**Specjalistyczny Szpital
Chorób Płuc
w Rościszowie**

Rościszów 11
58-250 Pieszyce
tel. +48 74 836 97 11
fax. +48 836 98 95 w.37

**Dolnośląski Ośrodek
Opieki Międzypokoleniowej
"Biały Orzeł"**

ul. Parkowa 5
58-351 Sokołowsko
tel. +48 74 845 82 40
fax. +48 845 83 91 w.37
tel. kom. +48 660 679 538