

Sokołowsko, dnia 16 września 2019 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot.: „Przegląd techniczny i konserwacja sprzętu medycznego w obiektach „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o.” Nr ZP/69/2019

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść umowy i formularza oferty w poniższych punktach:

PYTANIE NR 01

„Wszystkie użyte do naprawy części muszą być oryginalne, fabrycznie nowe” usunięcie lub uwzględnienie, że część urządzeń zamawiającego nie jest już w produkcji i jest brak nowych części zamiennych. Jako firma z 15 letnim doświadczeniem w serwisie sprzętu medycznego mamy duży zapas różnych części i serwis urządzeń zamawiającego nie stanowi dla nas problemu. Tak jak do tej pory w drodze konsultacji z działem technicznym na bieżąco informujemy o naprawach.

ODPOWIEDŹ NR 01

Zamawiający informuje, że wszystkie użyte do naprawy części powinny być oryginalne i fabrycznie nowe. Natomiast w przypadku braku dostępu do nowych i oryginalnych części, Wykonawca zastosuje zamienne elementy w stanie dobrym nadającym się i umożliwiającym dokonanie stosownej naprawy urządzenia medycznego, po konsultacji z Działem technicznym.

PYTANIE NR 02

Prosimy o wykreślenie wymogu „przedstawiania Zamawiającemu specyfikacji technicznej oraz ceny” – na rzecz na wezwanie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NR 02

Zamawiający informuje, że skreśla z Zapytania ofertowego Nr ZP/69/2019 pkt 1 punkt 6, tj.

„Przy naprawach obejmujących wymianę części, Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu specyfikację techniczną i cenę wymienianej części...”,

zastępując zapisem

„Przy naprawach obejmujących wymianę części, Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu kosztorys naprawy...”.

PYTANIE NR 03

Proszę o wykreślenie z formularza oferty całego KRYTERIUM 2.

ODPOWIEDŹ NR 03

Zamawiający informuje, że przy wypełnianiu formularza ofertowego, Wykonawca nie powinien brać pod uwagę treści „kryterium 2”.

PYTANIE NR 04

Proszę o wykreślenie wymogu „Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi”. Przegląd techniczny polega na wykonaniu badania testu funkcjonalnego i testu oporów elektrycznych. Nie właściwe jest

oczekiwanie od serwisu gwarancji na działanie urządzeń mechanicznych nie rzadko starych, że będą bez awaryjnie pracować następne 12 miesięcy.

To samo tyczy się napraw, dlatego wnioskujemy o rozsądny naszym zdaniem dla obu stron okres 3 miesięcy od wykonania naprawy.

ODPOWIEDŹ NR 04

Zamawiający uściśla zapis w Zapytaniu ofertowym Nr ZP/69/2019 pkt 1 punkt 8, tj. „Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi w zakresie wykonanej naprawy (wymienionej przez Wykonawcę części) sprzętu medycznego”.

Prezes Zarządu

Tomasz Maciejowski



**Sanatorium Uzdrawiskowe
"Azalia"**
ul. Ofiar Katynia 3-5
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. +48 74 664 26 30
fax. +48 74 664 26 30
tel. kom. +48 784 504 137

**Sanatorium Uzdrawiskowe
"Zimowit"**
ul. Chopina 3
57-340 Duszniki-Zdrój
tel. +48 74 866 94 64
fax. +48 74 866 92 19
tel. kom. +48 606 888 483

**Szpital Rehabilitacyjny
Hematologiczny dla Dzieci
"Orlik"**
ul. Bukowina 1
57-350 Kudowa-Zdrój
tel. +48 74 866 32 62
fax. +448 74 866 19 24 w.37

**Specjalistyczny Szpital
Chorób Płuc
w Rościszowie**
Rościszów 11
58-250 Pieszyce
tel. +48 74 836 97 11
fax. +48 836 98 95 w.37

**Dolnośląski Ośrodek
Opieki Międzypokoleniowej
"Biały Orzeł"**
ul. Parkowa 5
58-351 Sokołowsko
tel. +48 74 845 82 40
fax. +48 845 83 91 w.37
tel. kom. +48 660 679 538