

Sokołowsko 10.05.2013

Zamawiający:

„Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o.
Ul. Parkowa 3
58-351 Sokołowsko
email: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia

Dotyczy postępowania ZP 5/2013 pn.: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.
Nr zamówienia 175200-2013 z 02-05-2013

W dniu 08.05.2013 r. wpłynęło pytanie:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści aparat do elektroterapii o następujących parametrach ?
Aparat 2-kanalowy do elektroterapii

Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem 4,3”

Podświetlane i dobrze widoczne dodatkowe ekrany czasu terapii i natężenia

Dostępne prądy:

Galwaniczny, Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), Träberta Ultra-Reiz 2-5, Faradaya, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja (prądy Kotza), Impulsy stymulacyjne, Impulsy prostokątne, TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), 2-polowa interferencja, 4-polowa interferencja, Impulsy trójkątne, Impulsy eksponencjalne, Impulsy ze wzrostem eksponencjalnym, Impulsy łączone, Izoplanarne pole wektorowe, Wektor 2-biegunowy (ręczny i auto), Impulsy przerywane, Prąd Leduca, Fale H, Mikroprądy, Fale o średniej częstotliwości, Tonoliza wg Hufschmidta ,Elektrodiagnostyka

Dwa niezależne kanały terapeutyczne

Zasilanie sieciowe i/lub akumulatorowe (możliwość pracy w terenie dzięki wbudowanemu akumulatorowi)

Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim

Baza danych gotowych programów terapeutycznych + encyklopedia i/lub wbudowane programy numeryczne

Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów

Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 50)

Możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparatu (minimum 40)

Płynna modyfikacja parametrów prądów tryby prądu stałego i stałego napięcia

Autotest elektrod i kabli

Możliwość zmiany polaryzacji elektrod

Współpraca z aparatem podciśnieniowym VAC

Współpraca z aparatem do terapii ultradźwiękowej

Deklaracja zgodności zgodnie z dyrektywą 93/42/UE dotyczącą wyrobów medycznych

Odpowiedź:

Tak

Wyjaśnienie:

Dotyczy poz. 3 - Rotor wielofunkcyjny

W wymaganiach dotyczących urządzenia jest zapis: „.....Wzmacnianie mięśnie mięśni kończyn górnych barku i supinacji nadgarstka”

Przez supinację nadgarstka należy rozumieć supinację **przedramienia**