

Sokołowsko 13.11.2013

Zamawiający:

„Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o.

Ul. Parkowa 3

58-351 Sokołowsko

email: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania ZP 18/2013 pn.: **Dostawa wyposażenia sali intensywnego nadzoru medycznego w Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.**

Poz. 1 – łóżko szpitalne do sali intensywnej terapii – 2 szt.

1. Czy Zamawiający wymaga łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?

Odpowiedź:

dopuszcza się leże wypełnione profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot przewodowy przeznaczony jednocześnie dla pacjenta i opiekuna, z możliwością zablokowania poszczególnych funkcji przez personel medyczny?

Odpowiedź:

Tak

3. Czy Zamawiający wymaga łóżko z możliwością ustawienia leża w pozycjach Trendelenburga i anty-Trendelenburga dokonywanymi za pomocą panelu centralnego?

Odpowiedź:

łóżko musi mieć możliwość ustawienia w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, pozycje te mogą być ustawiane z panelu centralnego

Poz. 2 – Szafka przyłóżkowa do sali intensywnego nadzoru – 2 szt.

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w szufladę wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź:

Tak

5. Czy Zamawiający dopuści respirator bez pomiaru wdechu i wydechu CO₂ /stężenie in/ex CO₂ \: fala CO₂ /?

Odpowiedź:

Tak

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Beata Siołk
Sanatoria Beata Siołk